百色市皮肤病防治院

百色市皮肤病防治院生物安全柜等设备及性病检测试剂采购公告

为满足我院实验室业务开展需要，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，我院现就生物安全柜、医用电热恒温培养箱、医用冰箱及性病检测试剂项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参与，现将有关事项公告如下:

一、采购项目概况

项目名称: 百色市皮肤病防治院生物安全柜等设备及性病检测试剂采购项目

采购内容: 生物安全柜 1 台、医用电热恒温培养箱 1 台、医用冰箱 1 台、性病检测试剂 1 批，具体技术参数、数量及控制价详见附件。

采购方式: 院内采购。本公告为正式采购公告，供应商提交的响应材料作为本次采购评审依据。

二、供应商资格要求

1.供应商须为独立法人，具备有效的营业执照。

2. 如涉及医疗器械，须具备对应有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；所投产品须具备有效的医疗器械注册证，生产厂家须具备医疗器械生产许可证。

3. 具备所投产品的合法供货来源，提供厂家或正规销售授权文件。

4. 具有履行合同所必需的设备、专业技术能力及售后服务能力。

5. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6. 所投检测试剂如需冷链配送的，供应商须严格执行全程冷链配送相关规范要求，保障试剂运输过程质量。

7. 本次采购为独立标，不接受分项投标。投标人须对本项目全部采购内容进行整体投标，仅对部分内容投标的，将按无效投标处理。

三、响应文件组成

1. 采购清单（加盖单位公章，详见附件），报价包含货物货款、税费、运输、安装、调试等全部费用。

2. 产品彩页、技术资料，对相应技术参数逐条响应说明。

3. 资质证明材料：营业执照、医疗器械经营许可/备案凭证、厂家生产许可证、产品注册证、销售授权书等复印件并加盖公章。

4. 供应商认为需要提供的其他佐证材料。

四、响应文件报送要求

1. 报送截止时间：2026 年 10 月 26 日 18:00（北京时间），逾期送达不予受理。

2. 报送地址：百色市右江区百胜街 165 号三楼办公室。

3. 报送方式：

①纸质文件：所有材料装入密封袋，密封袋封口处加盖供应商单位公章，现场递交；未密封、资料不全的不予受理。

②电子材料：将全部响应文件电子版压缩为 rar 或 zip 格式，发送至邮箱：bspfy@163.com。

4. 联系人及电话：韦老师（0776-2933213）

附件：百色市皮肤病防治院生物安全柜等设备及性病检测试剂采购清单

百色市皮肤病防治院

2026 年 10 月 21 日

附件：

百色市皮肤病防治院

生物安全柜等设备及性病检测试剂采购清单

序号	货物名称	技术参数/性能要求	单价（元）	数量	单位	预算控制价（元）	供应商报价（元）
1	生物安全柜	**一、主要目的/用途：**依靠负压气幕 +HEPA 高效过滤，同时实现保护操作人员、保护实验样品、保护环境三重防护，主要用于处理会产生感染性气溶胶的病原生物样本。 **二、技术参数** 1.A2 型，30%外排，70%循环 2.符合 YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》，具有 GB41918-2022《生物安全柜》标准认证 3.符合 ISO 9001、ISO 13485 质量管理体系认证，欧盟 CE 认证。 4.平均下降风速：≥0.33±0.025m/s；平均吸入口风速≥0.53±0.025m/s 5.系统排风总量：≥230 m3/h 6.噪声等级：≤65dB（A） 7.照明：≥1000 lux 8.使用波长 254nm 的紫外灯可有效杀菌 9.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子≥1×10^5 10.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 11.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次	21000	1	台	21000	

		12.对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 13.上下过滤器均采用世界知名品牌ULPA超高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 14.视觉听觉报警：玻璃门不在安全高度，过滤器压力超高，气流波动超过标称值的20%,过滤器寿命使用到期等异常情况均会视觉和听觉报警，紫外灯具有视觉报警 15.具备断电保护，断电恢复供电后，运行恢复到断电前状态并有视觉提示和报警 16.具有风量自动调节补偿功能					
2	医用电热恒温培养箱	**一、主要目的/用途：**医用电热恒温培养箱依靠电加热实现密闭腔体稳定控温，为微生物、细菌提供适宜、恒定的生长繁殖温度环境，广泛用于医院、疾控、皮肤病性病麻风病实验室，做细菌培养、菌种保存、样本孵育。 **二、技术参数** 1.温度选择范围：RT+5-85℃。 2.外形尺寸：≥522*626*587mm； 3.工作区尺寸：≥395*364*395mm 4.设备容积；≤60L。 5.温度显示精度：0.1℃。 6.温度均匀性：±2℃。 7.温度波动度：±1℃。 8.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能 9.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。	3500	1	台	3500	

		10.采用 PID 微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。 11.二类医疗器械注册证					
3	医用冰箱	**一、性能要求：**用于试剂、标本、菌株的低温储存专用设备，区别于家用冰箱，温度稳定、具有温度监控、报警功能，保障生物样本、试剂质量，防止标本失效、菌株死亡，满足生物安全和实验室质量管理要求。 **二、技术参数** 1.冷藏 2-8 度、冷冻-10～-26 度，显示精度 0.1 度 2.独立双系统，冷藏冷冻双温可控，冷藏室和冷冻室可独立控制 3.有效容积≤250 升（冷藏室：≥130L，冷冻室：≥85L）。 4.噪声等级：≤40dB（A） 5.24 小时耗电量≤1.4kKW*h/24h。 6.温度均匀性≤3℃，温度波动度≤3℃。	5000	1	台	5000	
4	人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒（乳胶法）	版型单人份，40 人份/盒	6.2	2800（全年量，分批次采购）	人份	17360	
5	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	卡型，50 人份/盒	6.5	100（全年量，分批次采购）	人份	650	
6	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）	100 人份/盒	8.5	300（全年量，分批次采购）	人份	2550	
7	梅毒甲苯胺红不加	120 人份/盒	1.5	360（全年量，	人份	540	

	热血清试验诊断试剂(TRUST)			分批次采购）			
8	淋病奈瑟菌培养基	70mm，5/包	3.5	60（全年量，分批次采购）	人份	210	
9	念珠菌显色平板	70mm，20/包	7.5	70（全年量，分批次采购）	人份	525	
10	单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgM)检测试剂盒	48 人份/盒	8	192（全年量，分批次采购）	人份	1536	
11	单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgG)检测试剂盒	48 人份/盒	8	192（全年量，分批次采购）	人份	1536	
12	单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体(IgM)检测试剂盒	48 人份/盒	8	192（全年量，分批次采购）	人份	1536	
13	单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体(IgG)检测试剂盒	48 人份/盒	8	192（全年量，分批次采购）	人份	1536	
14	水痘-带状疱疹病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96 人份/盒	9.5	192（全年量，分批次采购）	人份	1824	
15	水痘-带状疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂	96 人份/盒	9.5	192（全年量，分批次采购）	人份	1824	

	盒						
16	沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法）	20 人份/盒	14	60（全年量，分批次采购）	人份	840	
17	支原体培养鉴定计数药敏试剂盒	20 人份/盒，液态	14	60（全年量，分批次采购）	人份	840	
合计						62807	